รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หัววัดปริมาณรังสี ขนาด 0.053cc. (EXTRADIN A1SL Ion Chamber 0.053 cc)
จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์หัววัดปริมาณรังสี ชนิด Shonka Ion Chamber ซึ่งใช้ในการวัดปริมาณรังสีประจำวันหรือประจำเดือน (daily or monthly) โดยมีสาย cable อีกด้านของหัววัดสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Electrometer เพื่อแสดงค่าปริมาณรังสีที่วัดได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. หัววัดชนิด Ionization chamber แบบ Shonka Chamber C552 จำนวน 1 ชุด
2. หัววัด Chamber มีขนาด ระหว่าง 0.053 - 0.57 ลูกบาศก์เซนติเมตร (cc)
3. วัสดุผลิตจากพลาสติกที่เทียบเท่าความหนาแน่นของอากาศ (Air equivalent plastic)
4. มีค่า Outside diameter of Shell Collecting Volume ไม่มากกว่า 6.35 mm
5. มี Centroid of Collecting Volume from tip of chamber (Shell) ไม่น้อยกว่า 4.06 mm
6. Collector diameter เท่ากับ 1.0 mm
7. Wall Thickness เท่ากับ 1.1 mm
8. หัววัดมีความเหมาะสมในการใช้งานทางด้าน fast scanning and point-dose measurement

การรับประกัน

1. ชุดอุปกรณ์เครื่องมือจะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล
2. บริษัทฯ รับประกันความเสียหายของชุดอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากตรวจรับพัสดุ
3. บริษัทฯ ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแสดงเอกสารการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
4. บริษัทฯ ผู้ขายต้องส่งมอบ อุปกรณ์เครื่องมือ ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจิรศักดิ์ สุขาบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิราศิณี เฉลิมชวลิต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนพรุจ คงสวัสดิ์)