รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เก้าอี้ชนิดปรับนอนได้ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยชนิดทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) แบบ 3 มอเตอร์

1.2 ใช้กับไฟฟ้า 200-240 V AC ความถี่ 50/60 Hz

1.3 สามารถควบคุมการปรับท่าต่างๆ ด้วยระบบรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และมีหน้าจอ LCD เพื่อแสดงผลบอกค่าองศา

1.4 ผ่านมาตรฐานสากล ดังนี้ ISO9001, ISO13485, IEC60601-1, IEC60601-1-2, EN60601-1, EN60601-1-2 และ CE Mark

2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 โครงสร้าง

2.1.1 โครงสร้างผลิตจากโลหะผ่านการเคลือบ Epoxy Resin Coating หรือ ดีกว่า เพื่อให้พื้นผิวมีความทนทานในการใช้งาน

2.1.2 ตัวเก้าอี้ผลิตจาก Urethane foam หุ้มด้วย PVC leather เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

2.1.3 มีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า 1,320 มม. และความยาวรวมเมื่อปรับราบไม่น้อยกว่า 2,130 มม.

2.1.4 สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม (Safe working load) ซึ่งระบบสามารถทำงานได้ปกติ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อความเร็ว, การสั่น และเสียงของมอเตอร์ไฟฟ้า

2.1.5 สามารถปรับที่วางแขนทั้ง 2 ข้างออก และปรับยกขึ้นได้ เพื่อความสะดวกในการลุกออก หรือขึ้นนั่งเก้าอี้

2.1.6 ล้อของเตียงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า 70 มม. เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมมีระบบล็อคล้ออยู่ที่ล้อทั้ง 4

2.2 ระบบควบคุมการปรับท่าต่างๆ

2.2.1 รีโมทคอนโทรลชนิดมีสายพร้อมหน้าจอ LCD แสดงตัวเลขการปรับท่าต่างๆ

2.2.2 มีระบบล็อคการปรับท่า, ระบบปรับเพิ่มความเร็ว และระบบเปิดปิดเสียงการทำงานของรีโมทคอนโทรลได้

2.2.3 ปรับท่ายกแผ่นหลังได้ตั้งแต่ -12 ถึง 75 องศา (Back Raise)

2.2.4 ปรับท่ายกขาได้ตั้งแต่ -30 ถึง 12 องศา (Knee Raise)

2.2.5 ปรับระดับความต่ำ-สูงได้ 450 - 760 มม.

2.2.6 ปรับหัวต่ำและปลายเท้าสูงในแนวตรง ได้ตั้งแต่ 0 ถึง -12 องศา (Trendelenburg)

2.2.7 สามารถปรับท่านั่งอัตโนมัติได้ (Auto Contour)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางณิภา แสงกิตติไพบูลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจุไรรัตน์ ธรรมเพียร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิราณี รามัญวงศ์)

2.3 มีคันโยกฉุกเฉินที่ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง เพื่อปรับส่วนหัวต่ำในแนวราบอย่างรวดเร็วในกรณีต้องช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Back-lowering Lever)

2.4 มีระบบป้องกันการปรับไม่ให้มุมระหว่างการยกหลัง และขาน้อยกว่า 105 องศา ตามมาตรฐานความปลอดภัย

2.4 สามารถปรับระดับของส่วนรองเท้าให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วย

2.5 หมอนมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 420 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถปรับระดับของหมอนรองศีรษะให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยได้

3. เงื่อนไขเฉพาะ

3.1 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

3.2 มีคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา จำนวน 1 ชุด

3.3 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากส่งมอบพัสดุ

3.4 ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองว่ามีอะไหล่สำรอง 5 ปีนับจากวันส่งมอบ จากบริษัทผู้ผลิตโดยยื่นเอกสารหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา

3.5 มีหนังสือรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารหลักฐานขณะเข้าเสนอราคา

3.6 บริษัทผู้ผลิตต้องมีสำนักงาน และสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อความสะดวกในการให้บริการในระยะยาว

3.7 บริษัทต้องนำสินค้ามาให้ทางโรงพยาบาลทดลองใช้หลังยื่นเสนอราคาภายใน 3 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางณิภา แสงกิตติไพบูลย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจุไรรัตน์ ธรรมเพียร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิราณี รามัญวงศ์)