รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิด (Bronchoscope)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.1-4.2 mm. working channel 2.0 mm.

คุณลักษณะทั่วไป

ชุดกล้องส่องตรวจและวินิจฉัยโรคทางปอดและหลอดลมในระบบทางเดินหายใจขนาดเล็กชนิดแบบตรวจวินิจฉัยชนิดให้ภาพละเอียดสูง

คุณลักษณะเฉพาะ : กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิด (Bronchoscope) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.1-4.2 mm. working channel 2.0 mm. จำนวน 1 กล้อง

1.1 ระบบเลนส์

- เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง	2-50 มม.
- ทิศทางการมองภาพ	Forward viewing

1.2 ส่วนใช้งาน

- ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	4.1 - 4.3 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกมีขนาด	4.0 – 4.2 มม.
- ความยาวใช้งาน	600 มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือ	1.8 - 2.1 มม.

1.3 ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้

- ปรับมุมขึ้นได้	210 องศา
- ปรับมุมลงได้	130 องศา

1.4 สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นแสง เพื่อวินิจฉัยเส้นเลือดและเนื้อเยื่อที่ผิดปกติโดยในระบบ NBI

1.5 สามารถใช้ได้กับเครื่องกำเนิดแสงและเครื่องประมวลสัญญาภาพยี่ห้อโอลิมปัสเท่านั้น

1.6 สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดแสงและเครื่องประมวลสัญญาภาพยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น EVIS EXERA III CV-190 เดิมที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีที่มีอยู่ได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศศิธร อินทร์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปัทม์ดวงพักตร์ เพ็งสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรัชดาภรณ์ วรรณสุ)

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบอุปกรณ์
3. ในระยะเวลาประกัน 2 ปี หากเกิดการขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายรับซ่อมอุปกรณ์โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4. มีคู่มือสำหรับการใช้งาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศศิธร อินทร์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปัทม์ดวงพักตร์ เพ็งสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรัชดาภรณ์ วรรณสุ)